Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников университета
_____А.А. Санин
«__» _____ 20__г

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
_____И.Н. Гужин
«__» _____ 20__г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на перемешивающем устройстве LOIP LS-120

И 06-112-20

Кинель 2020

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на перемешивающем устройстве LOIP LS-120 допускаются физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с руководством по эксплуатации. Прибор соответствует общим требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003-91. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 ГОСТ 12.2.007.0.

1.2. Во избежание поломки категорически запрещается перемещение перемешивающего устройства за подвижную платформу.

1.3. Включение прибора в сеть без заземления не допускается!

1.4. Подсоединение прибора к контуру заземления осуществляется с помощью двухполюсной розетки и вилки с заземляющим контактом.

1.5. Электрическое сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом.

1.6. Категорически запрещается работать с незаземленным прибором, использовать в качестве заземления водопроводную, газовую, канализационную сети, заземлители молниеотводов и т.п.

1.7. Персонал, работающий на перемешивающем устройстве LOIP LS-120должен знать:

-устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации прибора;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.8. К работе с прибором допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную конструкцию по эксплуатации прибора.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Одеть положенную по нормам специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить исправность перемешивающего устройства LOIP LS-120. При обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Вилки и соединители для подсоединения оборудования к источнику питания, в том числе соединители для подключения съемных сетевых шнуров к оборудованию, должны удовлетворять соответствующим требованиям для вилок, розеток и соединителей. При работе с прибором должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Утвержденные Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

2.4. Перед включением прибора в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений шнура электропитания.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы. Не допускайте к работе на приборе посторонних лиц.

3.2. Пуск перемешивающего устройства LOIP LS-120 в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих.

3.3. При обнаружении неисправности в работе прибора, остановите его, сообщите заведующему лабораторией. Включать в работу прибор, после устранения неполадок.

3.4. Чистку, мойку производите только при полной остановке прибора.

3.5. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе перемешивающего устройства LOIP LS-120 необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.2. При получении травмы обратитесь в медицинский пункт и поставь в известность руководство.

4.3. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону -01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается.

5.2. Провести обработку, при необходимости разборку. Чистка и мойка производится только после отключения оборудования от электросети.

5.3. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю.

Разработчик:
Заведующий испытательной
научно-исследовательской лаборатории О.А. Малахова

Согласовано:

Специалист по охране труда
и технике безопасности А.С. Грецов

Начальник отдела качества образования Е.С. Казакова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись